

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
RA.RU.110010

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РЕШЕНИЕ

№ 25/01/30-34 от 30.01.2025

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 25/01/30-34 от 30.01.2025:

заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1036141003865

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения (адрес юридического лица): 129110, Россия, город Москва, муниципальный округ Мещанский
внутренняя территория города, улица Щепкина, дом 47, строение 1, офис V, комната 11

Адрес места осуществления деятельности: 346815, Россия, Ростовская область, Мясниковский микрорайон, сельское
поселение Краснокрымское, автодорога Ростов-на-Дону – Новошахтинск территория, 1-й км, здание 6/8

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: 8(863)2037780

Адрес электронной почты: info@turbo-don.ru

на проведение сертификации продукции:

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые Turbo Flow UFL.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

**Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.52-037-70670506-2023 "Расходомеры-счетчики жидкости
ультразвуковые Turbo Flow UFL. Технические условия"**

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 9026808000

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН"

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): 129110, Россия, город Москва, муниципальный округ Мещанский
внутренняя территория города, улица Щепкина, дом 47, строение 1, офис V, комната 11

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346815, Россия, Ростовская область, Мясниковский
микрорайон, сельское поселение Краснокрымское, автодорога Ростов-на-Дону – Новошахтинск территория, 1-й км, здание
6/8

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Копия свидетельства ОГРН

Копия технических условий ТУ 26.51.52-037-70670506-2023

Копия паспорта

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 004/2011 не требуется, в связи с п.2 ст. 1 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» данное оборудование изготавливается во взрывозащищенном исполнении.

Эксперт органа по сертификации



А.В. Петров
инициалы, фамилия