УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»»

_____ С.А. Денисенко
«15» июля 2025 г.

Изменение № 1

Инструкция «Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа, приведенный к стандартным условиям. Методика измерений при помощи расходомеров-счетчиков газа ультразвуковых Turbo Flow UFG-H исполнений C1T и C1TP». Свидетельство об аттестации № 208-02/RA.RU.311787/2024 от 05.02.2024.

Перечень вносимых изменений: в пункте 16.2 слова

«наличие акта измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода, составленного в соответствии с требованиями пункта 9.2.2 ГОСТ 8.611»

заменить на слова

«наличие акта измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода, подтверждающего соответствие монтажа расходомера требованиям пункта 2.5 руководства по эксплуатации ТУАС.407252.001 РЭ Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые Turbo Flow UFG».

ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест» считает, что вносимые изменения являются исправлением технических ошибок и не влияют на показатели точности измерений.

ИСПОЛНИТЕЛИ:

от ФБУ «НИЦ ПМ-Ростест»
Заместитель начальника отдела 208

_____ А.М. Шаронов

от ООО НПО «Турбулентность-ДОН»
Начальник отдела метрологии и сертификации

_____ М.К. Романова